

Dudas y/o Consultas relativas a la solicitud de cotización para la Investigación de Mercado referente a la  
"SUSTITUCIÓN DE EQUIPO EN UNIDADES DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA"

No.	Duda y/o Consulta	Referencia Documental (Indique el rubro o pestaña de donde se origina su consulta)	Respuesta (Respuesta Emitida por el Área Técnica o Requiriente)
1	En la ficha técnica- dentro del punto 1.6.5, de la Partida 3 (incubadora de traslado) dice: "Temperatura alta del paciente". Dado que el punto 1.6.2 de la misma partida ya hace referencia a la temperatura alta del aire; ¿podría por favor confirmar la convocante si a lo que se refiere el punto 1.6.5, es la alarma por temperatura baja del aire?	Fichas Proveedor, Partida 3, punto 1.6.5,	SE REFIERE A LA ALARMA SOLICITADA DE TEMPERATURA ALTA DEL PACIENTE.
2	En la ficha técnica- dentro del punto 1.7.6, de la Partida 3 (incubadora de traslado) dice: "... se debe proporcionar documentación probatoria de que el equipo puede ser trasladado por transporte terrestre y aéreo." ¿Podría por favor la convocante indicar o ejemplificar el tipo de documentación Probatoria que consideran como válida para este punto?	Fichas Proveedor, Partida 3, punto 1.7.6.	LOS LICITANTES DEBEN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LAS CERTIFICACIONES O PRUEBAS REALIZADAS POR EL FABRICANTE QUE GARANTICE LO SOLICITADO.
3	En la ficha técnica de la partida 3, el punto 1.13. dice "Ventilador de traslado neonatal interconstruido". La opción a ofertar cuenta con un Ventilador de traslado neonatal que se interconstruye a la incubadora de traslado por medio de un soporte tipo carcasa que lo cubre y mantiene protegido y sujeto firmemente a la incubadora durante los traslados del paciente. ¿Es aceptable esta opción para la convocante?	Fichas Proveedor, Partida 3, punto 1.13.	PUEDE OFERTARLO SIN SER LIMITANTE, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES.
4	En la ficha técnica de la partida 3, el punto 1.13.1.2. dice " Límite superior 20 o mayor." al referirse al Flujo continuo (L/min). Al ser un ventilador para ser usado en el área neonatal, ¿es aceptable a la convocante un límite superior de 8.5 L/min?	Fichas Proveedor, Partida 3, punto 1.13.1.2.	LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR COMO MÍNIMO LO SOLICITADO.
5	En la ficha técnica de la partida 3, el punto 3.2.1. dice "Un (l) paquete de intercambiadores de humedad y temperatura (narices artificiales) neonatales desechables". ¿Podría la convocante determinar el número de piezas mínimas requeridas por paquete?- Ya que en nuestro caso tenemos paquetes de una (l) sola pieza.	Fichas Proveedor, Partida 3, punto 3.2.1.	LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR COMO MÍNIMO 25 INTERCAMBIADORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DESECHABLES
6	En la ficha técnica de la partida 3, el punto 3.2.2. dice "Un paquete de circuitos desechables neonatales". ¿Podría la convocante determinar el número de piezas mínimas requeridas por paquete?- Ya que en nuestro caso tenemos paquetes de una (l) sola pieza.	Fichas Proveedor, Partida 3, punto 3.2.2	LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR COMO MÍNIMO 25 CIRCUITOS DESECHABLES NEONATALES.
7	En la ficha técnica de la partida 3, el punto 3.2.2. dice "Un paquete de circuitos desechables neonatales". Es aceptable a la convocante el ofertar como consumible circuitos reusables neonatales? En caso de ser positivo, cuántas piezas mínimo se tienen que incluir en la oferta?	Fichas Proveedor, Partida 3, punto 3.2.2	NO SE ACEPTA, LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR CIRCUITOS DESECHABLES.
8	Entendemos que solo enviaremos el FO-CON-04 Cuestionario en excel y pdf es correcto?	01 Anexo Tecnico	Se hace referencia a la Solicitud de Cotización (FO-CON-04), donde se establecen los requisitos a considerar para: Propuesta Económica, Anexo Técnico y FO-CON-04_CUESTIONARIO.
9	Entendemos que podemos cotizar cama electrica o manual es correcto?	No Ficha Tecnica I-CAMAS-5131643387-C999	PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES SIN SER LIMITANTE.
10	Entendemos que podemos ofertar características propias del fabricante. es correcto?	No Ficha Tecnica I-CAMAS-5131643387-C999	NO ES CORRECTO, LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR COMO MÍNIMO LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.
11	Podemos ofertar equipo de cualquier pais?	No Ficha Tecnica. I-INCUB-5314970053-E998	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIENDO VALIDO PARA LA IM PRESENTE.
12	Entendemos que podemos ofertar características propias del fabricante. es correcto?	No Ficha Tecnica. I-INCUB-5314970053-E998	NO ES CORRECTO, LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR COMO MÍNIMO LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.
13	¿Podemos ofertar equipo de cualquier pais?	No Ficha Técnica. I-CAMAS-5131643399-C999	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIENDO VALIDO PARA LA IM PRESENTE.
14	Entendemos que podemos ofertar características propias del fabricante. es correcto?	No Ficha Tecnica I-CAMAS-5131643399-C999	NO ES CORRECTO, LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR COMO MÍNIMO LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.