



Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna

Anexo Técnico



Introducción

De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 2 del *DECRETO por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR)*, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de agosto de 2022, en el que se establece que el IMSS-BIENESTAR brindará los servicios de salud a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social, en aquellas entidades federativas con las que celebre convenios de coordinación para la transferencia de dichos servicios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.21.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (POBALINES), se ha elaborado el presente Anexo Técnico, para la contratación del **Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna**, bajo la directriz de proveer un documento en el que se precisan las características técnicas que se requieren de los bienes o servicios objeto de la contratación, así como de contar con los mismos con oportunidad, que formará parte integrante del contrato para la prestación de los servicios y considerando, en todo momento, lo que al respecto establece el Estatuto Orgánico de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de septiembre de 2023, con última modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio del 2024, respecto a las áreas competentes para intervenir en su elaboración.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acuerdo de Nivel de Servicio: Estándares cuantificables de mínimo desempeño asociados al servicio y que garantizan la prestación del Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna para cada una de sus partidas, así como el envío de la información generada por este servicio al Sistema de Información requerido por el área solicitante.

Adecuación Área Física: Modificaciones al área física en las Unidades de Hemodiálisis del IMSS-BIENESTAR, para la instalación, manejo y adecuada conservación de los equipos y sus bienes que permita asegurar el óptimo rendimiento, así como lo necesario para la correcta prestación del Servicio Médico Integral, cumpliendo con la NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, para la práctica de la hemodiálisis y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, a cargo del prestador del servicio.

Administrador del Contrato: Persona servidora pública en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones del prestador del servicio establecidas en el contrato, así como determinar la aplicación y cálculo de penas convencionales y deductivas y, en su caso, solicitar al área competente, la rescisión del contrato, aportando los elementos conducentes.

Área Contratante: Área del IMSS-BIENESTAR facultada para llevar a cabo los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, así como para contratar la prestación de servicios. En el presente caso será la Coordinación de Adquisiciones en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con el artículo 39 del Estatuto.

Área Requiriente: Área del IMSS-BIENESTAR que solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará.

Área Técnica: Área del IMSS-BIENESTAR que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y será responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los participantes; el Área técnica, podrá tener también el carácter de Área requiriente. Para el presente es la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel.

Compendio Nacional de Insumos para la Salud: Documento normativo que regula los insumos que se utilizan en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

CompraNet: Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios a que se refiere el concepto contenido en la fracción II del artículo 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), con dirección electrónica en Internet: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>.

Consumible: Los materiales desechables necesarios para que el insumo realice sus funciones conforme a su intención de uso que pierden sus propiedades o características de origen después de usarse y que son de consumo repetitivo.



Control de calidad: Son las actividades en la etapa preanalítica, analítica y postanalítica y técnicas operativas desarrolladas para cumplir con los requisitos de calidad establecidos por la normatividad.

Convocatoria: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en proveerlos o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes, de conformidad al MAAGMASSP.

Equipo de Cómputo: Equipo requerido para la correcta operación del sistema de información en cuanto a entradas, procesamientos y salidas de información, tanto electrónica como manual.

Equipo Médico: Son los aparatos con los que se realizarán los procedimientos hemodialíticos a los pacientes que presentan insuficiencia renal aguda o crónica u otros padecimientos que requieran detoxificación sanguínea.

Export Only: Equipos que son fabricados en un país y que no se usan en el mismo por no cubrir con las disposiciones oficiales de calidad.

Hemodiálisis: Procedimiento terapéutico especializado empleado en el tratamiento de la insuficiencia renal, aplicando técnicas y procedimientos específicos a través de equipos, soluciones, medicamentos e instrumentos adecuados, que utiliza como principio físico-químico la difusión pasiva del agua y solutos de la sangre a través de una membrana semipermeable extracorpórea.

IMSS-BIENESTAR u Organismo: Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar.

Insuficiencia renal crónica o IRC: Pérdida de la función renal generalmente lenta y progresiva, irreversible, de origen multifactorial.

Investigación de Mercado: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados de fabricantes de bienes o prestadores del servicio o una combinación de dichas fuentes de información.

Investigation Only: Equipos que son utilizados en el país donde son fabricados como prototipos para investigación y desarrollo, que no acreditan en operación normal funcionen al 100% con relación a equipos de fabricación normal.

Licitante: Toda persona física o moral que pueden participar en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

Mantenimiento Correctivo: Es el servicio que debe realizar el prestador del servicio a las máquinas de hemodiálisis, planta de tratamiento de agua y de cómputo que presente fallas a fin de garantizar los niveles de servicios requeridos por el Organismo.

Mantenimiento Preventivo: Es el servicio programado que debe realizar el prestador del servicio a las máquinas de hemodiálisis, Planta de Tratamiento de agua y de cómputo



conforme a las especificaciones del fabricante a fin de garantizar los niveles de servicios requeridos por el Organismo.

MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la ley para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

NOM-003-SSA3-2010: Norma Oficial Mexicana para la práctica de Hemodiálisis, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 08 de julio de 2010.

NOM-004-SSA3-2012 Del expediente clínico, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de octubre de 2012.

NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de noviembre de 2012.

Paciente de nuevo ingreso: Es el paciente que ingresa al programa del servicio médico integral de hemodiálisis interna de manera definitiva, incluyendo a pacientes que fueron dados de baja del programa anteriormente y que requieren nuevamente esta modalidad de terapia de manera definitiva.

Partida: La división o desglose de los bienes o servicios, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato o pedido, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos.

Planta de Tratamiento de Agua: Sistema central de tratamiento de agua por ósmosis inversa para la producción de agua de calidad para empleo en hemodiálisis, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice Normativo "A" de la NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, Para la práctica de hemodiálisis.

Prestador del servicio. La persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato para llevar a cabo el Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna, para una o más partidas.

Procedimiento de Hemodiálisis: Procedimiento terapéutico especializado que utiliza como principio físico-químico la difusión de agua y solutos pasiva a través de una membrana artificial semipermeable, y que se emplea en el tratamiento de la insuficiencia renal aplicando los aparatos e instrumentos adecuados.

Procedimiento para otorgar el tratamiento dialítico de los pacientes con insuficiencia renal crónica en Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención. Procedimiento de observancia obligatoria para la Coordinación de Áreas Médicas y el equipo multidisciplinario que participa en la atención de los pacientes con insuficiencia renal crónica con tratamiento conservador, de diálisis y trasplante renal, en las Unidades Médicas Hospitalarias de segundo nivel de atención, del IMSS-BIENESTAR.

Proveedor: La persona física o moral que celebre contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Puesta a Punto: Actividades requeridas para iniciar la operación conforme a los niveles de servicio requeridos por el Organismo.



Servicio Médico Integral (SMI): Es una alternativa de prestación de servicios por medio de una combinación de bienes y o servicios relacionados para la realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, completos y específicos, para que las Unidades Médicas del IMSS-BIENESTAR den respuesta a las demandas de atención, otorgándolos de forma integral, sin interrupciones, con el fin de evitar los imprevistos que afectan el otorgamiento de esta. Dichos servicios estarán conformados por: equipo médico y sus accesorios, el instrumental quirúrgico y bienes de consumo compatibles con el equipo médico y entre sí, así como la capacitación del personal para su uso y manejo, además del equipo de cómputo y los sistemas de información necesarios y, esta descrito en la "Norma que establece las disposiciones generales para la Planeación, Implantación y Control de los Servicios Médicos Integrales" del IMSS-BIENESTAR, para el control de los mismos.

Sesiones de Hemodiálisis: Procedimiento terapéutico especializado empleado en el tratamiento de la insuficiencia renal, aplicando técnicas y procedimientos específicos a través de equipos, soluciones, medicamentos e instrumentos adecuados, que utiliza como principio físico-químico la difusión pasiva del agua y solutos de la sangre a través de una membrana semipermeable extracorpórea.

Sesión Efectiva Realizada: Sesión de hemodiálisis que fue realizada de acuerdo con la prescripción médica y el correspondiente envío del mensaje mediante el Sistema de Información.

Testigo Social: Persona física o moral que participa en el presente procedimiento de contratación con derecho a voz, con objeto de que, al término de la licitación, emita testimonio público sobre el desarrollo del mismo.

Unidad de Hemodiálisis: Área física donde se llevan a cabo los procedimientos de Hemodiálisis.

Unidad Médica: Establecimiento físico que cuenta con los recursos materiales, humanos, tecnológicos y económicos, cuya complejidad es equivalente al nivel de operación y está destinado a proporcionar atención médica integral a la población.

Términos Abreviados.

CA: Coordinación de Adquisiciones.

CNPM: Coordinación de Normatividad y Planeación Médica.

COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

CTI: Coordinación de Tecnologías de la Información.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

ema: Entidad Mexicana de Acreditación A.C.

I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado.

Kt/V. Índice matemático que emplea a la urea como marcador para determinar la dosis de diálisis, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal. Rango de referencia de 1.2 - 1.4.



LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

MAAGMAASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

OIC: Órgano Interno de Control en el IMSS-BIENESTAR.

POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR).

RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SAT: Servicio de Administración Tributaria.

SFP: Secretaría de la Función Pública.

SSA: Secretaría de Salud.

TGO: Transaminasa glutámico oxalacética.

TGP: Transaminasa glutámico pirúvica.

URR: Cociente de reducción de Urea.



CONTENIDO

A) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.....	10
B) VIGENCIA DEL CONTRATO EN CASO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O ARRENDAMIENTO DE BIENES O DE LA FECHA PARA ENTREGA DE LOS BIENES A ADQUIRIR.....	10
C) DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS, CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, UNIDAD DE MEDIDA, Y EN SU CASO EQUIPOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS ASOCIADOS A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, CANTIDADES POR PARTIDA (CON MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTIMADOS). EN TODO CASO, LOS BIENES Y SERVICIOS MATERIA DEL REQUERIMIENTO, DEBEN INCLUIR LA CLAVE CUCOP QUE LE CORRESPONDE.....	10
D) PROCESO DE ENTREGA DE BIENES, DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS O TODA ACTIVIDAD QUE SE REQUIERA REALIZAR PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO QUE DEBERÁ REALIZAR EL PROVEEDOR ADJUDICADO; JUNTO CON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA EL PROVEEDOR SALIENTE, SIN QUE EN LA TRANSICIÓN SE VEA AFECTADO IMSS-BIENESTAR.	17
E) LOS FORMATOS ANEXOS, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ LA ENTREGA-RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO, VALIDACIÓN Y AQUELLAS FUNCIONES QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO, ARRENDAMIENTO O ENTREGA DE BIENES.	17
F) EN LOS CASOS DONDE SE HAYA GENERADO INFORMACIÓN, ESTUDIOS, FORMATOS U OTROS, POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE PERTENEZCAN A IMSS-BIENESTAR, SE DEBERÁ DETERMINAR A LOS RESPONSABLES Y LOS MEDIOS POR LOS QUE EL PROVEEDOR SALIENTE DEBERÁ HACER LA ENTREGA DE LOS MISMOS, EL PERÍODO DE ENTREGA, LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA MISMA.....	18
G) EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PRUEBAS, DEBERÁ INDICAR EL MÉTODO DE EVALUACIÓN, EL RESPONSABLE DE LLEVARLAS A CABO, EL TIEMPO REQUERIDO PARA SU REALIZACIÓN, LA UNIDAD DE MEDIDA CON LA CUAL SE DETERMINARÁ Y EL RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL EJECUTAR LAS PRUEBAS, SI SE REQUIERE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS DE ACUERDO CON LA LIC CUANDO ÉSTA RESULTE APLICABLE. DICHA COMPROBACIÓN SERÁ ELABORADA POR EL ÁREA TÉCNICA.	19
I) NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA,	



QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS, CONFORME A LA LIC CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.25.2 DE LAS PRESENTES POBALINES Y, EN SU CASO, EN EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE.	19
J) EL ANEXO TÉCNICO NO DEBERÁ CONTENER INFORMACIÓN RELATIVA A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA NI PATRIMONIAL, PRECIOS DE CONTRATACIÓN O AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.	20
K) TIPO DE CONTRATACIÓN.....	20
TIPO DE ABASTECIMIENTO.....	21
ADMINISTRADORES DEL CONTRATO	20





A) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

El Organismo requiere del Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna para los beneficiarios del Servicio, consistente en sesiones de hemodiálisis de conformidad con las cantidades mínimas y máximas que se señalan en el **ANEXO T1 (T UNO) "REQUERIMIENTO, POR UNIDAD MÉDICA, DE SESIONES PARA PACIENTES EN SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA"** del presente Anexo Técnico.

B) VIGENCIA DEL CONTRATO EN CASO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O ARRENDAMIENTO DE BIENES O DE LA FECHA PARA ENTREGA DE LOS BIENES A ADQUIRIR.

El plazo para la prestación del Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna será a partir del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2025.

C) DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS, CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, UNIDAD DE MEDIDA, Y EN SU CASO EQUIPOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS ASOCIADOS A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, CANTIDADES POR PARTIDA (CON MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTIMADOS). EN TODO CASO, LOS BIENES Y SERVICIOS MATERIA DEL REQUERIMIENTO, DEBEN INCLUIR LA CLAVE CUCOP QUE LE CORRESPONDE.

Clave CUCOP: Clave: 33900010

Clave del CNI para la salud para el Sistema de hemodiálisis para uso en neonato pediátrico y adulto: 531.340.0169.

Clave CNI para la salud Planta de tratamiento de agua: 531.829.0235

El Organismo requiere del Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna para sus beneficiarios, consistente en sesiones de hemodiálisis, de conformidad con las cantidades mínimas y máximas que se señalan en el **ANEXO T1 (T UNO) "REQUERIMIENTO, POR UNIDAD MÉDICA, DE SESIONES PARA PACIENTES EN SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA"** del presente Anexo Técnico.

El Servicio Médico Integral de Hemodiálisis incluye:

- Equipo médico (puesta en operación de las máquinas de hemodiálisis, planta de tratamiento de agua que aseguren los rangos establecidos por la NOM-003-SSA3-2010, para la práctica de la hemodiálisis);
- Consumibles, material de curación y un sillón clínico, contenidos en el **ANEXO T2 (T DOS) "REQUERIMIENTO DE EQUIPO E INSUMOS COMPLEMENTARIOS"**;
- Asistencia técnica mediante un call center que trabajará las 24 horas y capacitación en las máquinas, consumibles y técnica dialítica al personal del Organismo.

Con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio, el prestador del servicio deberá tener disponible dentro de las unidades de hemodiálisis en las que se encuentren al menos 10 (diez) máquinas instaladas, , se solicita 1 máquina de reemplazo funcional, para utilizarse en el momento que sea necesario, con las mismas características con las que se presta el servicio.



Cuando exista interrupción del servicio por causas imputables al prestador del servicio y haya finalizado el plazo de 24 (veinticuatro) horas, contadas a partir de la notificación del reporte que el Organismo haga para el tratamiento correctivo, el prestador del servicio dará la atención a los pacientes mediante la subrogación del servicio, el cual deberá cumplir al menos con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, para la práctica de hemodiálisis, y que se encuentre certificado o en proceso de certificación por el Consejo de Salubridad General para la Prestación de Hemodialisis, debiendo ser prestado el Servicio dentro de la localidad en que se encuentre la Unidad Médica en la que se debió otorgar el Servicio Médico Integral correspondiente, ubicarse dentro de un radio de distancia terrestre máxima de 45 kilómetros de la Unidad Médica del IMSS-BIENESTAR a la que pretenda prestarse el servicio. Para los casos de Ciudad de México, la Unidad de Hemodiálisis Subrogada deberá ubicarse en un radio de distancia terrestre máxima de 20 kilómetros de la Unidad Médica a la que se prestará el servicio. En todos los casos, los gastos derivados de la prestación del servicio y el traslado del paciente correrá a cargo del prestador del servicio.

El prestador del servicio deberá garantizar la correcta prestación del servicio considerando todos los equipos y accesorios complementarios que se requieran para la adecuada prestación del mismo.

El prestador del servicio deberá atender la notificación realizada por el Organismo, en un horario de 7:00 a 22:00 horas de lunes a sábado por cualquier vía telefónica o digital disponible, de los reportes de fallas para su debida atención.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en este Anexo Técnico, describiendo en forma amplia y detallada las características del servicio que están ofertando, bajo las condiciones siguientes:

El Organismo contratará el Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna, a un solo licitante por partida. Los licitantes podrán ofertar las partidas en las que desee participar, como se describe a continuación:

PARTIDA	ENTIDAD FEDERATIVA
1	BAJA CALIFORNIA
2	BAJA CALIFORNIA SUR
3	CAMPECHE
4	CHIAPAS
5	CIUDAD DE MÉXICO
6	COLIMA
7	ESTADO DE MÉXICO
8	GUERRERO
9	MORELOS
10	NAYARIT
11	OAXACA
12	PUEBLA
13	QUINTANA ROO
14	SAN LUIS POTOSÍ



PARTIDA	ENTIDAD FEDERATIVA
15	SINALOA
16	SONORA
17	TABASCO
18	TAMAULIPAS
19	TLAXCALA
20	VERACRUZ
21	ZACATECAS
22	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS
23	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD
24	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
25	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA
26	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD EN CD VICTORIA BICENTENARIO 2010
27	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO

I. EQUIPAMIENTO MÉDICO

La entrega, instalación y puesta en operación del equipamiento médico deberá realizarse dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la notificación del fallo de forma tal que el Servicio debe dar inicio a las 00:00:01 hrs del 01 de enero 2025. El equipo médico ofertado deberá tener máximo de dos años de fabricación es decir su año de fabricación deberá ser comprobable en 2022 y 2023 o en su caso ser nuevo y encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento, las máquinas de hemodiálisis deberán tener una antigüedad no mayor a 2 años apegándose al Compendio Nacional de Insumos para la Salud vigente, clave 531.340.0169, haber sido ensamblados de manera integral en el país de origen, no se aceptarán propuestas de bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas "Export Only", ni "Investigation Only", discontinuados o no se autorice su uso en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias.

El licitante deberá presentar, como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los registros sanitarios de los equipos médicos, material de curación y consumibles, en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda), expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud y el artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud (vigencia de 5 años), en el que se deberá identificar:

- Número de registro, prórroga o modificación.
- Titular del registro.
- Nombre y domicilio del fabricante.
- Indicaciones de uso y/o descripción.
- Modelo(s).
- Fecha de emisión y de vencimiento.



- Nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

- Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.
- Copia simple del "Comprobante de Trámite de Prórroga" en el que se acredite el trámite de prórroga del registro sanitario o, en su caso, copia simple de la "Constancia de Prórroga" emitida por la COFEPRIS del Registro Sanitario sometido a prórroga.

De no cumplirse estos requisitos con las condiciones establecidas será causal de desechamiento de la propuesta, toda vez que se afectaría la solvencia de la propuesta.

En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá anexar constancia oficial, expedida por COFEPRIS, con firma y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo o el "Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte.

Para los Registros Sanitarios, indicar que no son válidas "consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas" a COFEPRIS sin su respuesta en los trámites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento.

El sillón clínico deberá ser nuevo para todas las partidas adjudicadas.

Adicionalmente, se informa que el equipamiento médico y los insumos que están en la descripción del servicio médico que nos ocupa, se contemplan de conformidad con el Compendio Nacional de Insumos para la Salud para este Servicio Médico Integral, por lo tanto, los bienes y equipo médico solicitados, se encuentran estandarizados en el mercado.

II. MANTENIMIENTO

El prestador del servicio deberá proporcionar, sin costo adicional para el Organismo y durante la vigencia de la prestación del servicio, el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas de hemodiálisis, planta de tratamiento de agua y equipos de computo, a efecto de que se garantice la prestación del servicio en óptimas condiciones para seguridad de los pacientes.

Para tal efecto deberá presentar carta manifestando que cuenta con el personal requerido y capacitado para ello.

El prestador del servicio será el responsable de realizar la sanitización del sistema de suministro de agua tratada con la frecuencia que sea necesaria, a fin de que proporcione agua que cumpla con las especificaciones indicadas en la NOM-003-SSA3-2010, para la práctica de hemodiálisis, publicada en el DOF, el 08 de julio de 2010. La limpieza del área donde se encuentra el sistema de suministro del agua tratada corresponde al Organismo.

El mantenimiento del sillón clínico se hará mediante la notificación al prestador del servicio, cuando lo requiera la unidad.



El prestador del servicio para todas las partidas, estará obligado a brindar los mantenimientos preventivos y correctivos a la totalidad de los equipos de hemodiálisis, planta de tratamiento de agua, equipos de cómputo y periféricos instalados, sin costo adicional para el Organismo durante la vigencia de la prestación del servicio, con la finalidad de mantenerlos en óptimas condiciones, a efecto de garantizar la prestación del servicio de manera ininterrumpida.

El mantenimiento preventivo y correctivo deberá considerar mano de obra especializada y certificada, refacciones originales, lubricantes y demás actividades que, en su caso, sean necesarias para la correcta operación de los equipos involucrados y de la interfaz de los equipos analizadores con el sistema de información, en cumplimiento a la normativa vigente.

Cuando por causas relativas a los trabajos de mantenimiento, preventivo o correctivo, ameriten la suspensión de la operación de uno o más de los equipos de hemodiálisis, planta de tratamiento de agua, equipos de cómputo y periféricos, el prestador del servicio deberá garantizar la prestación del servicio.

Dicho mantenimiento deberá ser supervisado por el Jefe de Servicio de Nefrología o Medicina Interna y el Jefe de Conservación de la Unidad Médica, quien remitirá el reporte correspondiente al Administrador del Contrato, una vez avalado mediante su firma autógrafa, dejando constancia, que indique la fecha de realización del mantenimiento, la fecha del próximo mantenimiento y el nombre del técnico que lo realizó.

III. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Tiene como objetivo, detectar fallas en algún equipo o accesorios que se puedan llevar al mal funcionamiento, el cual se realiza en forma anticipada, con la finalidad de prevenir y evitar las averías, dentro de las acciones incluye: ajustes, limpieza, análisis, lubricación, calibración reparación, cambios de piezas, entre otros.

El prestador del servicio entregará, a los jefes del servicio y de conservación, dentro de los 10 días naturales posteriores a la instalación de los equipos médicos el calendario del programa de mantenimiento preventivo del equipo médico (máquinas de hemodiálisis y planta de tratamiento de agua), conforme a las especificaciones del fabricante y se llevará el control a través de la bitácora de mantenimiento preventivo, con base en lo siguiente:

El prestador del servicio deberá prever lo necesario a efecto de que al realizar el mantenimiento preventivo garantice la continuidad del Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna.

IV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El cual consiste en reparar los fallos o defectos que se presenten en los equipos médicos o accesorios y planta de tratamiento de agua, contemplará tanto el contingente o no planificado que se realiza por algún fallo imprevisto y será realizado con la mayor rapidez para evitar daños materiales o humanos, así como el mantenimiento correctivo programado el cual se anticipa a los posibles fallos o desperfectos que se pueden presentar en equipos o accesorios en un momento a otro por el uso del mismo el cual permite que este pueda ser programado para realizar la revisión y evitar suspensión en la operación del servicio.

Para dar atención a los reportes en el caso de fallas en las máquinas de hemodiálisis y planta de tratamiento de agua, el prestador del servicio deberá efectuar las reparaciones necesarias o sustituir las partes o el equipo que se haya dañado o desgastado, por partes



nuevas y originales o bien el reemplazo por otro equipo médico o accesorio en óptimas condiciones con las mismas características, dentro de un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, contadas a partir de la notificación del reporte que el Organismo realice. En caso de no resolver lo necesario para la prestación del servicio, en el plazo antes referido, con independencia a las penas que deriven de ello, el prestador del servicio deberá prestar el mismo a través de la subrogación, en los términos establecidos en el presente Anexo Técnico.

V. ASISTENCIA TÉCNICA

El prestador del servicio deberá proporcionar la asistencia técnica necesaria, para el uso óptimo de los equipos e insumos en las Unidades Médicas del Organismo.

El prestador del servicio deberá designar como mínimo, un técnico capacitado por partida, para la prestación del servicio de hemodiálisis, que otorguen cobertura de manera permanente y conforme a las necesidades de la Unidad Médica, para que asistan logísticamente al personal del Organismo en el funcionamiento de los equipos y proporcionen los insumos suficientes y necesarios para la óptima operación de las máquinas y deberá estar disponible cuando sea necesario, deberá contar con identificación proporcionada por la empresa que resulte adjudicada y siempre deberá portarla, en lugar visible, que lo identifique durante su estancia en el Organismo. Se solicita escrito en el que el licitante se compromete que, el personal que brinda la asistencia técnica se encuentra debidamente capacitado para realizar la actividad.

De igual forma, el prestador del servicio deberá proporcionar un directorio con nombre, cargo y números telefónicos de por lo menos dos contactos disponibles durante las 24 horas, durante la vigencia del contrato con capacidad resolutive, por partida adjudicada.

Para otorgar el servicio integral de hemodiálisis, el prestador del servicio deberá contar con un mínimo de un técnico capacitado por partida, durante las 24 horas, los 365 días del año. En los turnos correspondientes de acuerdo a las necesidades del Organismo.

VI. CALIDAD DEL AGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISIS

El prestador del servicio deberá realizar, de manera mensual, la toma de muestras del agua tratada para el análisis de los contaminantes biológicos y, cuando menos, dos veces al año la toma de muestras del agua tratada para el análisis de los físico - químicos de acuerdo con lo dispuesto por la NOM -003-SSA3-2010, para la práctica de hemodiálisis.

Adicionalmente, el Organismo podrá solicitar, en cualquier, momento la toma de muestras de los análisis biológicos y químicos.

Los exámenes deberán realizarse en laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema), debiendo entregar con la periodicidad antes mencionada, al Jefe de Servicio de Nefrología o Medicina Interna, el resultado de las pruebas realizadas al agua tratada.

Acordar, con el Jefe de Servicio de Nefrología o Medicina Interna, las fechas de entrega de los resultados de acuerdo al formato ANEXO T3 (T-TRES) "CALENDARIO PARA ENTREGA DE LAS PRUEBAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA".

VII. CONSUMIBLES





En el ANEXO T2 (T DOS) "REQUERIMIENTO DE EQUIPO E INSUMOS COMPLEMENTARIOS" del presente Anexo Técnico, se detallan los consumibles que el prestador del servicio deberá suministrar, para llevar a cabo los procedimientos hemodialíticos, los cuales deberán ser compatibles con los equipos médicos ofertados para la prestación del servicio.

La dotación de los consumibles será de acuerdo con las necesidades de las Unidades Médicas, requiriéndose para cada sesión los enlistados a continuación:

- 1) 1 Filtro dializador nuevo para cada sesión,
- 2) 1 Línea arteriovenosa.
- 3) 1 Galón de concentrado ácido (no estéril).
- 4) Bicarbonato de sodio: para uso no parenteral; para conductividad de acuerdo a la marca de la máquina; para ácido específico, presentación en cartucho o bolsa que se adecue a la máquina propuesta.
- 5) Kit para conexión y desconexión, estériles y desechables, para catéter y/o fistula.

El Catéter temporal, permanente o injerto vascular heterólogo, deberá entregar 2 de forma mensual más los instalados a los pacientes de nuevos ingresos, conforme a lo que requiera el paciente durante su permanencia en el programa.

Para corroborar el cumplimiento de dichas características, deberá presentar folletos, catálogos, instructivos y, en su caso, fotografías de los equipos necesarios en idioma español y debidamente referenciado.

Deberá entregar los manuales de operación de la(s) máquina(s) de hemodiálisis que corresponda al mismo modelo con que se prestará el servicio.

Si alguno de los consumibles aquí descritos presentara alguna falla o defecto, el prestador del servicio deberá sustituirlos por otros de iguales características a las requeridas, en la siguiente entrega de surtimiento de consumibles, sin costo adicional para el Organismo.

VIII. CAPACITACIÓN

La capacitación tendrá como objetivo garantizar que el personal identifique las partes operativas del equipo y su funcionamiento, así como la utilización y el mejor aprovechamiento de los consumibles, el cual deberá cumplir los requisitos descritos en el presente Anexo Técnico. El proveedor deberá proporcionar la capacitación al personal del Organismo para el adecuado uso y manejo de los equipos de hemodiálisis, de cómputo, periféricos, planta de tratamiento y consumibles.

El prestador del servicio deberá presentar al Jefe de Servicio de Nefrología o Medicina Interna, un programa de capacitación al personal designado por el Organismo, en formato libre detallando los contenidos temáticos, el tiempo de duración, considerando todos los turnos dentro de la jornada laboral del personal asignado.

Al término de la capacitación, el prestador del servicio extenderá constancia con las firmas del personal designado por el Organismo y el prestador del servicio, entregando copias del acuse de las mismas al Administrador del Contrato.

IX. CAPACITACIÓN PREVIA

Esta capacitación técnica deberá otorgarse dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la notificación del fallo, así como cuando lo solicite la Unidad Médica, sin costo extra para el Organismo. Para efectos de lo señalado, el prestador del servicio se coordinará con el Director de la Unidad Médica y el Jefe de Servicio. Al término

de la capacitación, el prestador del servicio extenderá constancia de la misma al personal capacitado.

X. CAPACITACIÓN CONTINUA.

La capacitación continua, será dirigida al personal de Hemodiálisis para que identifique las partes operativas del equipo y su funcionamiento, así como la utilización y el mejor aprovechamiento de los consumibles. Esta capacitación será coordinada y supervisada por el Jefe de Servicio de Nefrología o Medicina Interna, quien será el responsable de proporcionar la lista del personal a capacitar al prestador del servicio.

D) PROCESO DE ENTREGA DE BIENES, DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS O TODA ACTIVIDAD QUE SE REQUIERA REALIZAR PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO QUE DEBERÁ REALIZAR EL PROVEEDOR ADJUDICADO; JUNTO CON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA EL PROVEEDOR SALIENTE, SIN QUE EN LA TRANSICIÓN SE VEA AFECTADO IMSS-BIENESTAR.

La entrega, instalación y puesta en operación del equipamiento médico deberá realizarse dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la notificación del fallo de forma tal que el Servicio debe dar inicio a las 00:00:01 hrs del 01 de enero 2025. El equipo médico ofertado deberá tener máximo de dos años de fabricación es decir su año de fabricación deberá ser comprobable en 2022 y 2023 o en su caso ser nuevo y encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento, las máquinas de hemodiálisis deberán tener una antigüedad no mayor a 2 años apegándose al Compendio Nacional de Insumos para la Salud vigente, clave 531.340.0169, haber sido ensamblados de manera integral en el país de origen, no se aceptarán propuestas de bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas "Export Only", ni "Investigation Only", discontinuados o no se autorice su uso en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias.

La cantidad de insumos será conforme a lo establecido en el **ANEXO T2 (T DOS) "REQUERIMIENTO DE EQUIPO E INSUMOS COMPLEMENTARIOS"**.

E) LOS FORMATOS ANEXOS, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ LA ENTREGA-RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO, VALIDACIÓN Y AQUELLAS FUNCIONES QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO, ARRENDAMIENTO O ENTREGA DE BIENES.

ANEXOS
ANEXO T1 (T UNO) "REQUERIMIENTO POR UNIDAD MÉDICA DE SESIONES PARA PACIENTES EN HEMODIÁLISIS INTERNA"
ANEXO T2 (T DOS) "REQUERIMIENTO DE EQUIPO E INSUMOS COMPLEMENTARIOS"
ANEXO T3 (T-TRES) CALENDARIO PARA ENTREGA DE LAS PRUEBAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA
ANEXO T4 (T-CUATRO) ENTREGA MENSUAL DE ACCESOS VASCULARES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA
ANEXO T5 (T-CINCO) TABLA CIFRAS DE CONTROL DE REGISTRO NOMINAL HEMODIÁLISIS INTERNA
ANEXO T6 (T-SEIS) DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS



F) EN LOS CASOS DONDE SE HAYA GENERADO INFORMACIÓN, ESTUDIOS, FORMATOS U OTROS, POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE PERTENEZCAN A IMSS-BIENESTAR, SE DEBERÁ DETERMINAR A LOS RESPONSABLES Y LOS MEDIOS POR LOS QUE EL PROVEEDOR SALIENTE DEBERÁ HACER LA ENTREGA DE LOS MISMOS, EL PERÍODO DE ENTREGA, LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA MISMA.

Al término de la vigencia de la prestación del servicio, el prestador del servicio se obliga a entregar, previo acuerdo con las autoridades de la Unidad Médica y/o el Administrador del Contrato, en los tiempos que le sean indicados por escrito dejando constancia de lo anterior mediante Acta-Entrega de la información, estudios, formatos u otros, a entera satisfacción de ambos.

Asimismo, el prestador del servicio se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio la información que obtenga para el cumplimiento del contrato y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales del mismo, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto.

La información contenida en el contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 24, fracción VI, y 70, fracción XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo, la información que proporcione el Organismo al prestador del servicio para el cumplimiento del objeto materia del mismo, será considerada como confidencial en términos del artículo 116 último párrafo del citado ordenamiento jurídico, por lo que el proveedor se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por el Instituto con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información confidencial, en los términos del mencionado contrato.

El prestador del servicio se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados en el contrato; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada, total o parcialmente, en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, el prestador del servicio se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos de la prestación de los servicios objeto del contrato, toda vez que son propiedad del Organismo.

Cuando concluya la vigencia del contrato, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los servicios solicitados en el contrato y de los insumos utilizados para la prestación de los servicios.

En caso de incumplimiento a lo establecido, el prestador del servicio tiene conocimiento de que el Organismo podrá ejecutar o tramitar las sanciones correspondientes.

Por otra parte, el prestador del servicio saliente deberá realizar la integración de toda la información que se tenga en el sistema de información del contrato correspondiente ya concluido, incluyendo histórico de pacientes, agenda de citas (citas futuras), resultados de estudios, y la deberá entregar al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico en un plazo no mayor a 10 días naturales posteriores al término de la vigencia del contrato.



G) EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PRUEBAS, DEBERÁ INDICAR EL MÉTODO DE EVALUACIÓN, EL RESPONSABLE DE LLEVARLAS A CABO, EL TIEMPO REQUERIDO PARA SU REALIZACIÓN, LA UNIDAD DE MEDIDA CON LA CUAL SE DETERMINARÁ Y EL RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE AL EJECUTAR LAS PRUEBAS, SI SE REQUIERE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS DE ACUERDO CON LA LIC CUANDO ÉSTA RESULTE APLICABLE. DICHA COMPROBACIÓN SERÁ ELABORADA POR EL ÁREA TÉCNICA.

El proveedor adjudicado llevará a cabo pruebas realizadas al agua tratada y pruebas de funcionalidad de conformidad con las condiciones señaladas en el presente Anexo Técnico.

ÚNICAMENTE SE PODRÁ SOLICITAR LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS CUANDO SE CUENTE CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO Y CERTIFICADO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS, MISMAS QUE DEBERÁN EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO CONFORME A LA LIC COMPRENDE, ENTRE OTROS, LOS PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO, PRUEBA, INSPECCIÓN, EVALUACIÓN, Y CERTIFICACIÓN A LAS NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL, DE REFERENCIA, O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SEGÚN CORRESPONDA.

No aplica.

H) EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL ÁREA REQUIRENTE MODIFIQUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ALGÚN BIEN QUE NO SE ENCUENTRE REGULADO POR EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD EXPEDIDO POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS PARA ESE MISMO BIEN EN EL EJERCICIO ANTERIOR, DEBERÁ ACOMPAÑAR A SU REQUISICIÓN, UN DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL EL ÁREA TÉCNICA ACREDITA QUE CON ELLO NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.

No aplica.

I) NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS, CONFORME A LA LIC CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.252 DE LAS PRESENTES POBALINESY, EN SU CASO, EN EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE.

De conformidad con los artículos 53, 55 y 155, fracción II, de la Ley de Infraestructura de Calidad; 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como del numeral 4.21.3, inciso i), de las POBALINES, durante la vigencia de la prestación del servicio el prestador del servicio tendrá la obligación de dar cumplimiento de las Normas Oficiales señaladas en el Anexo Técnico, tales como:

- **NOM-003-SSA3-2010:** Norma Oficial Mexicana para la práctica de Hemodiálisis, publicada en el DOF, el 08 de julio de 2010.
- **NOM-004-SSA3-2012** Del expediente clínico, publicada en el DOF el 15 de octubre de 2012.
- **NOM-024-SSA3-2012,** Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud, publicado en el DOF, el 30 de noviembre de 2012.



J) EL ANEXO TÉCNICO NO DEBERÁ CONTENER INFORMACIÓN RELATIVA A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA NI PATRIMONIAL, PRECIOS DE CONTRATACIÓN O AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Anexo no hace referencia a la información señalada en este inciso.

K) ADMINISTRADORES DEL CONTRATO.

Persona servidora pública del IMSS-BIENESTAR, adscrita al Área Requirente, con nivel jerárquico, conforme al numeral 5.3.16 de las POBALINES, quien fungirá como lo establecen los artículos 2 fracción III Bis y 84 penúltimo párrafo del RLAASSP, así como el numeral 1. "Definiciones y Siglas", del ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

"RELACIÓN DE ADMINISTRADORES DEL CONTRATO DE CADA PARTIDA"

ESTADO	NOMBRE DEL COORDINADOR		CORREO INSTITUCIONAL
Baja California	Dr. Miguel Bernardo Romero Flores	Coordinador Estatal de Baja California	miguel.romero@imssbienestar.gob.mx
Baja California Sur	Dr. Bogdan Arriaga Benis	Coordinador Estatal de Baja California Sur	bogdan.arriaga@imssbienestar.gob.mx
Campeche	Dra. Liliana de los Angeles Montejo León	Coordinador Estatal de Campeche	liliana.montejo@imssbienestar.gob.mx
Chiapas	Dr. Roberto Sánchez Moscoso	Coordinador Estatal de Chiapas	roberto.sanchez@imssbienestar.gob.mx
Ciudad de México	Dr. José Alejandro Ávalos Bracho	Coordinador Estatal de Ciudad de México	jose.avalosb@imssbienestar.gob.mx
Colima	Dr. Armando de la Mora Morfín	Coordinador Estatal de Colima	armando.delamora@imssbienestar.gob.mx
Estado de México	Dra. Guadalupe Guerrero Avendaño	Coordinador Estatal de Estado de México	guadalupe.guerrero@imssbienestar.gob.mx
Guerrero	Dr. Jesús Ulises Adame Reyna	Coordinador Estatal de Guerrero	jesus.adame@imssbienestar.gob.mx
Hidalgo	Dr. Felipe Arreola Torres	Coordinador Estatal de Hidalgo	felipe.arreola@imssbienestar.gob.mx
Michoacán	Dr. Axayacatl Marín Correa	Coordinador Estatal de Michoacán	coordinacionmich.imssbienestar@gmail.com
Morelos	Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas	Coordinador Estatal de Morelos	marco.cantu@imssbienestar.gob.mx
Nayarit	Ing. Gregorio Francisco Sanchez Vázquez	Coordinador Estatal de Nayarit	gregorio.sanchez@imssbienestar.gob.mx
Oaxaca	Dra. Soledad Zárate Hernández	Coordinador Estatal de Oaxaca	soledad.zarate@imssbienestar.gob.mx
Puebla	Dr. Gerónimo Lara Gálvez	Coordinador Estatal de Puebla	puebla.imssbienestar01@gmail.com
Quintana Roo	Dr. Moisés Toledo Pensamiento	Coordinador Estatal de Quintana Roo	moises.toledo@imssbienestar.gob.mx
San Luis Potosí	Dr. Daniel Acosta Díaz de León	Coordinador Estatal de San Luis Potosí	daniel.diaz@imssbienestar.gob.mx
Sinaloa	Dr. Julio Cesar Quintero Ledezma	Coordinador Estatal de Sinaloa	julio.quintero@imssbienestar.gob.mx
Sonora	Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes	Coordinador Estatal de Sonora	gabriela.nucamendi@imssbienestar.gob.mx
Tabasco	Dr. Manuel Adalberto Pérez Lanz	Coordinador Estatal de Tabasco	manuel.perezl@imssbienestar.gob.mx
Tamaulipas	Dr. Marggid Antonio Rodriguez Avendaño	Coordinador Estatal de Tamaulipas	marggid.rodriguez@imssbienestar.gob.mx



ESTADO	NOMBRE DEL COORDINADOR		CORREO INSTITUCIONAL
Tlaxcala	Dr. Gabriel Gutiérrez Morales	Coordinador Estatal de Tlaxcala	gabriel.gutierrezm@imssbienestar.gob.mx
Veracruz	Dr. Romana Gutiérrez Polo	Coordinador Estatal de Veracruz	romana.gutierrez@imssbienestar.gob.mx
Zacatecas	Dr. Carlos Marcos Hernández Magallanes	Coordinador Estatal de Zacatecas	carlos.hernandezmag@imssbienestar.gob.mx

El Administrador del Contrato podrá auxiliarse, para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otras personas servidoras públicas que fungirán como supervisores del contrato cuando las condiciones contractuales lo requieran, en este caso, dichos supervisores deberán ser designados por escrito, y serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

I) TIPO DE CONTRATACIÓN.

El procedimiento de contratación se formalizará a través de un **contrato abierto**, por partida y por Unidad Médica.

El contrato será abierto, en los términos de los artículos 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85 de su Reglamento, aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará en cada Unidad Médica, conforme a lo establecidos en el ANEXO TI (T UNO) "REQUERIMIENTO POR UNIDAD MÉDICA DE SESIONES PARA PACIENTES EN HEMODIÁLISIS INTERNA".

TIPO DE ABASTECIMIENTO.

Se adjudicará el 100% de la totalidad de los requerimientos de una Partida a un solo licitante y se formalizará contrato por partida adjudicada, así mismo un licitante podrá participar en varias partidas.



Apéndice:

1. Manifestación de cumplimiento.

Escrito por parte del licitante en papel membretado, y con firma del representante legal del licitante en el que manifieste que cuenta con los equipos necesarios para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado, los que deberán ser nuevas y deberán encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento, las máquinas de hemodiálisis deberán tener una antigüedad no mayor a 2 años, cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO T2 (T DOS) "REQUERIMIENTO DE EQUIPO E INSUMOS COMPLEMENTARIOS", y sus incisos, y haber sido ensamblados de manera integral en el país de origen y que los bienes no correspondiente a saldos o remanentes ni ostentan las leyendas "Export only" ni "Investigation only", se encuentran descontinuados o no se autoriza su uso en el país de origen.

2. Origen de los Bienes.

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el representante legal del licitante manifieste que los bienes que oferta para la partida respectiva y que entregarán, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y además contendrán como mínimo el porcentaje de contenido nacional requerido y, que tienen conocimiento de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, en el sentido de que, en caso de ser requeridos, exhibirán la información documental y/o permitirán la inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes ofertados y adjudicados, a fin de que la Secretaría de Economía verifique el cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de dichos bienes.

3. Bienes de importación.

En caso de que oferten bienes de importación, el licitante a través de su representante legal deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que los bienes importados, son originarios de algún país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos un Tratado de Libre Comercio con capítulo de compras del sector público.

Nota. Este listado, no es limitativo para el cumplimiento total del presente documento de Anexo Técnico.

3



ÁREA REQUIRIENTE

Dr. Rafael Rodríguez Cabrera
Coordinador de Unidades de Segundo Nivel

ÁREA TÉCNICA

Dr. Rafael Rodríguez Cabrera
Coordinador de Unidades de Segundo Nivel

Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, segundo párrafo del Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar IMSS-BIENESTAR, así como al Oficio No. DG-0405/2024 firma la Dra. María Cristina Upton Alvarado, Encargada de Despacho de los asuntos inherentes a la Coordinación de Hospitales de Alta Especialidad y Programas Especiales

